

Số: 92/GM-TTYT

Tửạ Chùa, ngày 17 tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty/Nhà cung cấp

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Trung tâm Y tế Tửạ Chùa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện Gói thầu: “Cung cấp sản phẩm, hàng hoá cho TTYT Tửạ Chùa” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tửạ Chùa (Địa chỉ: Bản Mường Báng, xã Tửạ Chùa, tỉnh Điện Biên).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vừ A Mây - Viên chức Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế.
Số điện thoại: 0382758645. Email: vumaytuachua@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế, Trung tâm Y tế Tửạ Chùa (Địa chỉ: Bản Mường Báng, xã Tửạ Chùa, tỉnh Điện Biên). Số điện thoại: 0382758645

- Nhận qua email: vumaytuachua@gmail.com (file Scan có đầy đủ thông tin và chữ ký hợp pháp của người đại diện đơn vị báo giá)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm phát hành báo giá đến trước 15h00 ngày 27/8/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 27/8/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Tửạ Chùa - TDP Tân Phong, xã Tửạ Chùa, tỉnh Điện Biên.

3. Dự kiến thực hiện: Tháng 8, 9 năm 2026.

4. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo.

5. Yêu cầu khác: Giá trị sản phẩm, hàng hóa được báo giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí nếu có, là chi phí trọn gói, để hàng hoá được cung cấp hoàn chỉnh tại địa điểm cung cấp yêu cầu.

Trung tâm Y tế Tủa Chùa thông báo mời tham gia báo giá gói thầu: Cung cấp sản phẩm, hàng hoá cho TTYT Tủa Chùa. Kính đề nghị các Đơn vị cung cấp tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia gửi báo giá đến Trung tâm Y tế Tủa Chùa theo địa chỉ trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên Wesite của TTYT;
- Lưu: VT, TCHC-KT.

GIÁM ĐỐC

Vì A Bảo

Phụ lục I

DANH MỤC MUA SẮM

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 92/GM-TTYT ngày 17/8/2026 của TTYT Tòa Chùa)

Stt	Tên sản phẩm, hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bộ đặt nội khí quản (Dùng cho người lớn và trẻ em)	Bộ	1
	Cấu hình bao gồm:		
	Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 1: 01 cái		
	Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 2: 01 cái		
	Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 3: 01 cái		
	Lưỡi đặt nội khí quản Mac Intosh số 4: 01 cái		
	Cán pin trung: 01 cái		
	Hộp đựng: 01 cái		
	Tính năng kỹ thuật:		
	Lưỡi đèn tích hợp sợi quang, dễ tiệt trùng		
	Độ sáng 20.000 lux với đèn LED 2.5V		
	Bó sợi quang đường kính 4.5mm với hơn 6.500 sợi riêng biệt		
	Không mạ Chrome		
	Sợi quang chất lượng cao đảm bảo truyền dẫn ánh sáng tuyệt vời.		
	Không cần bảo trì		
	Tiệt trùng ở nhiệt độ 134 C khoảng 2000 lần. Không ảnh hưởng bất lợi khi sử dụng ETO, hấp khử trùng bằng hơi nước hoặc bằng cách ngâm trong Sporax hoặc Cidex.		
	Có thể khử trùng Plasma (STERRAD 100NX)		
	Thông số kỹ thuật		
	Lưỡi số 1, kích thước 93 x 68 mm		
	Lưỡi số 2, kích thước 115 x 90 mm		
	Lưỡi số 3, kích thước 135 x 110 mm		
	Lưỡi số 4, kích thước 155 x 130 mm		
2	Bộ đặt nội khí quản (Dùng cho trẻ sơ sinh)	Bộ	1
	Cấu hình bao gồm:		
	Lưỡi đặt nội khí quản Miller số 00: 01 cái		
	Lưỡi đặt nội khí quản Miller số 0: 01 cái		
	Lưỡi đặt nội khí quản Miller số 1: 01 cái		
	Cán pin: 01 cái		
	Hộp đựng: 01 cái		
	Tính năng kỹ thuật:		
	Lưỡi đèn tích hợp sợi quang, dễ tiệt trùng		
	Độ sáng 20.000 lux với đèn LED 2.5V		
	Bó sợi quang đường kính 4.5mm với hơn 6.500 sợi riêng biệt		
	Không mạ Chrome		
	Sợi quang chất lượng cao đảm bảo truyền dẫn ánh sáng tuyệt vời.		
	Không cần bảo trì		
	Tiệt trùng ở nhiệt độ 134 C khoảng 2000 lần. Không ảnh hưởng bất lợi khi sử dụng ETO, hấp khử trùng bằng hơi nước hoặc bằng cách ngâm trong Sporax hoặc Cidex.		
	Có thể khử trùng Plasma (STERRAD 100NX)		
	Thông số kỹ thuật		
	Lưỡi số 00, kích thước 65 x 40 mm		
	Lưỡi số 0, kích thước 80 x 55 mm		
	Lưỡi số 1, kích thước 100 x 75 mm		
3	Máy đo điện tim 3 kênh	Cái	1

Stt	Tên sản phẩm, hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
	I. CẤU HÌNH		
	- Máy chính kèm phụ kiện chuẩn:		
	- Cáp điện tim: 01 chiếc		
	- Dây nguồn: 01 chiếc		
	- Điện cực trước ngực: 06 quả		
	- Điện cực chi: 04 chiếc		
	- ắc quy: 01 chiếc		
	- Giấy in: 01 cuộn		
	II. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:		
	ECG đầu vào:		
	- Mạch vào: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim		
	- Đạo trình điện tim: 12 đạo trình		
	- Độ nhạy: 10 mm/mV $\pm 2\%$		
	- Điện trở vào: $\geq 50 \text{ M}\Omega$		
	- Hệ số lọc nhiễu: $> 105 \text{ dB}$		
	- Điện áp bù: $\pm 550 \text{ mV}$		
	- Tần số đáp ứng: 0.05 Hz đến 150 Hz (+0.4/-3 dB)		
	- Nhiễu trong: $\leq 20 \mu\text{Vp-v}$		
	- Tỷ lệ thu thập mẫu: 8.000 mẫu/giây		
	Xử lý tín hiệu:		
	- Tỷ lệ lấy mẫu: 500 mẫu/giây		
	- Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz		
	- Hằng số thời gian: $\geq 3.2\text{s}$		
	- Bộ lọc cao tần: 75, 100, 150 Hz		
	- Bộ lọc nhiễu điện cơ: 25, 35 Hz		
	- Đáp ứng tín hiệu tối thiểu: $\leq 20 \mu\text{Vp-p}$		
	- Bộ lọc chống trôi: yếu 0.1 Hz (-20dB) mạnh 0.1 Hz (-34dB)		
	- Độ nhạy: 5, 10, 20mm/mV		
	- Phát hiện tạo nhịp :có		
	- Bộ chuyển đổi A/D: 32 bit		
	Hiển thị:		
	- Màn hình màu tinh thể lỏng		
	- Kích thước: 5 inch		
	- Độ phân giải: 800 x 480 điểm		
	- Hiển thị dữ liệu: dạng sóng, thông tin bệnh nhân, đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, tiếp xúc điện cực và độ nhiễu.		
	Ghi:		
	- Mật độ in: 200 dpi (8dots/mm)		
	- Số kênh: 1, 2, 3		
	- Tốc độ giấy: 25, 50 mm/giây		
	- Dữ liệu ghi: Dạng sóng ECG, nhịp tim, tên đạo trình, phiên bản, ngày và giờ, ghi loại chương trình, tốc độ giấy, độ nhạy, bộ lọc, tên bệnh viện, thông tin bệnh nhân (số ID, giới tính, tuổi), đánh dấu sự kiện, tuột điện cực và độ nhiễu.		
	Phân tích điện tim:		
	- áp dụng cho bệnh nhân: khoảng từ trẻ sơ sinh trở lên		
	- Mục phân tích kết quả: 5		
	- Mục tìm ra kết quả điện tim: 200.		
	Nguồn điện, AC và DC:		
	- AC: 220 V 50 Hz		
	- DC: ắc quy trong có thời gian hoạt động tối đa 1.5 giờ.		
	An toàn:		

Stt	Tên sản phẩm, hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
	- Phù hợp với tiêu chuẩn IEC.		
	Giao diện kết nối:		
	- Cổng mạng LAN: có		
	USB loại A: có		

Phụ lục II**MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 92/GM-TTYT ngày 17/8/2026 của TTYT Tòa Chùa)

BÁO GIÁ⁽¹⁾**Kính gửi: Trung tâm Y tế Tòa Chùa**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Tòa Chùa, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ, hàng hoá như sau:

1. Báo giá cung cấp sản phẩm, hàng hoá:

STT	Tên dịch vụ, hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền
1					
n					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày 27/8/2026**3. Chúng tôi cam kết:**

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.