

Số: 106/GM-TTYT

Tủa Chùa, ngày 11 tháng 9 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty/Nhà cung cấp

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ và Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ);

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát và báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Trung tâm Y tế Tủa Chùa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá nội dung mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện nội dung mua sắm: “Cung cấp sản phẩm, hàng hoá” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tủa Chùa (Địa chỉ: Bản Mường Báng, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên).

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Vừ A Mây - Viên chức Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế.
Số điện thoại: 0382758645. Email: vumaytuachua@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế, Trung tâm Y tế Tủa Chùa (Địa chỉ: Bản Mường Báng, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên). Số điện thoại: 0382758645

- Nhận qua email: vumaytuachua@gmail.com (file Scan có đầy đủ thông tin và chữ ký hợp pháp của người đại diện đơn vị báo giá)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm phát hành báo giá đến trước 17h00 ngày 16/9/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 16/9/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế Tủa Chùa - Bản Mường Báng, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

3. Dự kiến thực hiện: Tháng 9, 10 năm 2026.

4. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo.

5. Yêu cầu khác: Giá trị dịch vụ, hàng hóa được báo giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí nếu có, là chi phí trọn gói, để hàng hoá được cung cấp hoàn chỉnh tại địa điểm cung cấp yêu cầu.

Trung tâm Y tế Tủa Chùa thông báo mời tham gia báo giá nội dung mua sắm: “Cung cấp sản phẩm, hàng hoá”. Kính đề nghị các Đơn vị cung cấp tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia gửi báo giá đến Trung tâm Y tế Tủa Chùa theo địa chỉ trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải trên Website của TTYT;
- Lưu: VT, TCHC-KT.

GIÁM ĐỐC

Vì A Bảo

Phụ lục I**DANH MỤC MUA SẮM**

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 106/GM-TTYT ngày 11/9/2026 của TTYT Tòa Chùa)

Stt	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bàn chải rửa tay phẫu thuật Greetmed	Công dụng: Vệ sinh tay trước khi mổ Quy cách: Hộp 12 cái	Cái	30
2	Huyết áp kế điện tử (Máy đo huyết áp bắp tay điện tử)	"Tên sản phẩm: Huyết áp kế điện tử (Máy đo huyết áp bắp tay điện tử) - Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016 - Độ chính xác của máy đã được chứng minh lâm sàng và được Hiệp hội cao huyết áp châu Âu (ESH) chứng nhận máy đã đáp ứng các tiêu chuẩn của phần kiểm tra lâm sàng của Hiệp hội cao huyết áp châu Âu và là phần kiểm tra lâm sàng có tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới Thông số kỹ thuật Cấu hình Máy đo huyết áp bắp tay điện tử K2-G10 - Model K2-G10 hoạt động theo phương pháp đo dao động kế, máy sẽ vừa bơm hơi và trong quá trình bơm hơi máy sẽ kết hợp đo huyết áp, khi máy kết thúc bơm hơi thì sẽ hiển thị kết quả. Trong suốt quá trình này người sử dụng sẽ thấy biểu tượng hình trái tim đập nhấp nháy ở phía góc trái bên dưới màn hình. Phương pháp này giảm áp lực bơm ở vòng bít dành cho những người không thích cảm giác bó chặt của áp lực quanh tay - Máy cũng được trang bị chế độ cá nhân xác định giá trị và tỷ lệ bơm ban đầu của vòng bít từ kết quả đo của ba lần gần nhất để rút ngắn thời gian yêu cầu cho mỗi lần đo. - Màn hình to, dễ dàng đọc kết quả - Có hai bộ nhớ mỗi bộ nhớ chứa tối đa 60 kết quả đo, hiển thị giá trị trung bình của 3 lần đo gần nhất trong vòng 15 phút - Có chức năng cài đặt ngày giờ để ghi lại thời gian của các kết quả đo - Hiện thị mã lỗi cho phép dễ dàng xác định lỗi cụ thể trong suốt quá trình đo - Kích thước vòng hơi: 22cm đến 42 cm (vòng hơi loại dài có thể dùng cho những người có bắp tay quá khổ) - Kích thước của máy chưa bao gồm vòng hơi: 127.3 x 162.3 x 96 mm (chiều rộng x chiều sâu x chiều cao) - Trọng lượng của máy: xấp xỉ 336 g (chưa bao gồm pin) - Đóng thùng: 20 chiếc / thùng - Khoảng đo: + huyết áp trên (huyết áp tối đa): 50~250mmHg + huyết áp dưới (huyết áp tối thiểu): 40~180mmHg + nhịp mạch (nhịp tim): 40~160 nhịp/phút	Cái	2

Stt	Tên sản phẩm, hàng hoá	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
		+ áp suất bơm của vòng hơi: từ 0-300 mmHg + Độ chính xác của máy: +/- 3 mmHg (đối với huyết áp) +/- 5 đối với kết quả đọc nhịp mạch (nhịp tim) - Kết quả hiện thị trên màn hình bao gồm: + Thời gian tại thời điểm đọc kết quả đo + huyết áp tối đa (huyết áp trên) (SYS mmHg) + huyết áp tối thiểu (huyết áp dưới) (DLAmmHg) + nhịp mạch (PUL) + Áp lực mạch + cảnh báo rối loạn nhịp tim (nếu có trong quá trình đo huyết áp) + cảnh báo người đo cử động nhiều trong quá trình đo (nếu có) + biểu tượng độ tin cậy của kết quả đo - Tuy nhiên, nếu trên màn hình hiển thị kết quả xuất hiện biểu tượng nghĩa là trong quá trình đo, người đo chuyển động cơ thể nhiều sẽ dẫn đến kết quả không chính xác - Biểu tượng rối loạn nhịp mạch (nếu trong trường hợp người đo bị rối loạn nhịp mạch tại thời điểm đo) sẽ xuất hiện ở phía góc trái của màn hình. - Nếu thấy phía góc bên trái của màn hình xuất hiện biểu tượng nhấp nháy, máy đang thông báo cho người sử dụng biết pin trong máy yếu cần được thay thế, nếu không sẽ làm kết quả đo không chính xác hoặc máy không thể hoạt động được. - Nguồn máy: dùng 04 pin AA alkaline 1.5volt LR6, hoặc adapter cắm điện - Bảo hành: 03 năm Bộ sản phẩm bao gồm: - Máy chính: số lượng (01 cái) - Vòng hơi: 01 cái - Pin kèm theo máy: số lượng (04 cái) - Túi đựng máy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Tiếng Việt: mỗi loại 01 bộ - Vỏ hộp bằng carton: 01 cái - Bộ cắm điện (phần lựa chọn thêm) 6V-1A: 01 cái		
3	Tay khoan nha khoa tốc độ cao	Loại chuck Nút bấm Độ ồn <68dB Áp lực khí ở cuối của HP 0.25-0.288Mpa (4 lỗ) 0.20-0.22Mpa (2 lỗ) Kích thước mũi 1.59-1.6mm x 21-23mm Tốc độ quay >300.000rpm	Cái	5

Phụ lục II**MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 106/GM-TTYT ngày 11/9/2026 của TTYT Tòa Chùa)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Trung tâm Y tế Tòa Chùa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế Tòa Chùa, chúng tôi.....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp sản phẩm, hàng hoá như sau:

1. Báo giá cung cấp sản phẩm, hàng hoá:

STT	Tên sản phẩm, hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền
1					
n					

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 60 ngày, kể từ ngày 16/9/2026

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 2.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.