

Số: 45/GM-TTYT

Tửa Chùa, ngày 17 tháng 4 năm 2025

GIẤY MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Tửa Chùa có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, hàng hóa.

Sản phẩm, hàng hóa yêu cầu với các chi tiết như sau:

Stt	Tên sản phẩm, hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bể cách thủy ổn nhiệt Bể cách thủy Taisite TWB series có cấu tạo bên ngoài làm bằng thép cán nóng phun sơn kháng khuẩn độ bền cao. Bên trong được cấu tạo bằng thép không gỉ dễ dàng vệ sinh. Hệ thống điều khiển và kiểm soát nhiệt độ thông minh bằng bộ điều khiển PID với chức năng cài đặt thời gian hoạt động 0-999 phút, cài đặt chính xác nhiệt độ hoạt động, Tự động ngừng khi chạy hết thời gian cài đặt, cảnh báo vượt quá nhiệt độ cài đặt, cảnh báo lỗi hệ thống nguồn điện... Hệ thống gia nhiệt của bể được làm bằng ống thép không gỉ. Thông số kỹ thuật: Kiểu bể cách thủy nắp thấp Thể tích: 22 Lít Phạm vi nhiệt độ: RT+5°C đến 100°C Độ phân giải nhiệt độ: 0.1°C Kích thước buồng (mm): 500 x 290 x 150 Kích thước ngoài (mm): 550 x 350 x 240 Công suất: 1200W Nguồn điện: 220V/50Hz Cung cấp bao gồm: Máy chính Bộ phụ kiện tiêu chuẩn Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết	Cái	1	Thông tin thêm các nội dung sau: Hiệu lực của báo giá; giá đã bao gồm thuế chưa; hãng, nước, năm sản xuất; các chi phí khác (nếu có)
2	Máy châm cứu Cấu hình tiêu chuẩn : +Máy chính: 01 chiếc; +Giắc nguồn: 01 chiếc; +Dây cầm đứng 01 sợi (kết hợp miếng dán) +Miếng dán màu trắng 01 cặp +Dây kẹp : 05 sợi (kết hợp đầu kẹp) +Bút dò huyết: 01 cái +Sách hướng dẫn: 01 quyển. Thông số kỹ thuật : -KWD-808I điện trị liệu xung có thể tạo ra năm	Cái	5	

Stt	Tên sản phẩm, hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	loại dạng sóng: sóng liên tục, sóng không liên tục, sóng nén, sóng dao động và sóng bắt đầu / dừng. – Tần số xung của sóng cơ bản là từ 1,2Hz đến 55Hz và độ rộng của nó là 0,6ms. – Nguồn chính một pha 220 V / 50Hz hoặc pin 9V bên trong – Công suất phát: dưới 20 VA. – Sáu kênh đầu ra, kích thích 12 huyết cùng lúc Cường độ xung điều chỉnh Chức năng cài đặt thời gian: Phạm vi thời gian là từ 0 ~ 60 phút + 10% – Kích thước: 220 x 170 x 75 mm; – Trọng lượng: 2 kg			

Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa kính mời các Nhà thầu có khả năng cung cấp liên hệ thực hiện chào giá.

Yêu cầu với Nhà thầu:

- Thời gian chào giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày 17/4/2025.
- Bảng chào giá xin vui lòng gửi về: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa (bản giấy) - Địa chỉ: TDP Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, người phụ trách: Vừ A Mây, số điện thoại: 0382758645.

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Điêu Chính Thanh