

Tủa Chùa, ngày 05 tháng 12 năm 2024

Số: 206/GM-TTYT

GIẤY MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Nhà thầu

Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, hàng hóa.

Sản phẩm, hàng hóa yêu cầu với các chi tiết như sau:

Stt	Tên sản phẩm, hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng đèn dùng cho máy sinh hoá 12V 20W	Bóng đèn dùng cho máy phân tích sinh hoá: điện áp 12V - 20W	Cái	2	
2	Bộ đặt nội khí quản trẻ em	Bộ đặt nội khí quản trẻ em 3 lưỡi thẳng: Lưỡi số 1: Kích thước: 80mm: Lưỡi số 2: Kích thước 105mm, Lưỡi số 3: Kích thước 155mm: Cán pin cỡ trung 157mm: 01 cái, Hộp đựng bao da: 01 cái	Bộ	1	
3	Bóng bóp cấp cứu PVC trẻ em	Thông số kỹ thuật: Trẻ em: trọng lượng cơ thể: 10kg-33kg, âm lượng hành trình: 400ml, khối lượng máy hồi sức: 600ml, Kích thước: (Chiều dài x đường kính): 262x105mm, trọng lượng máy hồi sức: 410g, Van giới hạn áp suất: 40 cmH2O, van bệnh nhân: 7ml, Thể tích hồ chứa túi: 1600ml, Sức cản thở ra < 5 cmH2O (ở mức 50L/phút), sức cản đường hô hấp < 5 cmH2O (ở mức 50L/phút), Đầu nối bệnh nhân: Tiêu chuẩn Phi 22/15mm, Nhiệt độ hoạt động đề xuất: - 18 độ C 50 độ C,	Cái	1	Thông tin thêm các nội dung sau: Hiệu lực của báo giá; giá đã bao gồm thuế chưa; hãng, nước, năm sản xuất; các chi phí khác (nếu có)
4	Bóng bóp cấp cứu PVC người lớn	Thông số kỹ thuật: Trẻ em: trọng lượng cơ thể: >33kg, âm lượng hành trình: 800ml, khối lượng máy hồi sức: 1650ml, Kích thước: (Chiều dài x đường kính): 325x132mm, trọng lượng máy hồi sức: 600g, Van giới hạn áp suất: 60 cmH2O, van bệnh nhân: 7ml, Thể tích hồ chứa túi: 2000ml, Sức cản thở ra < 5 cmH2O (ở mức 50L/phút), sức cản đường hô hấp < 5 cmH2O (ở mức 50L/phút), Đầu nối bệnh nhân: Tiêu chuẩn Phi 22/15mm, Nhiệt độ hoạt động đề xuất: - 18 độ C 50 độ C,	Cái	1	

Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa kính mời các Nhà thầu có khả năng cung cấp liên hệ thực hiện chào giá.

Yêu cầu với Nhà thầu:

- Thời gian chào giá: trong vòng 10 ngày kể từ ngày 05/12/2024.

- Bảng chào giá xin vui lòng gửi về: Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa (bản giấy) - Địa chỉ: TDP Tân Phong, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên, người phụ trách: Vừ A Mày, số điện thoại: 0382758645.

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác của quý Nhà thầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Điêu Chính Thanh